



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.092.А № 58241

Срок действия до 18 декабря 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные сигнализирующие ПД150

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Производственное  
Объединение ОВЕН", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 60192-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

КУВФ.406233.300 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет - при условии корректировки нуля не  
реже одного раза в год; 4 года - для преобразователей с пределами  
допускаемой основной приведенной погрешности измерений  $\pm 0,15\%$

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2019 г. № 3009

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



А.В.Кулешов

"22" 12 ..... 2019 г.

Серия СИ

№ 039519